

Meet rapport PR-368R

Meet instrument : AeroQual 500
Afkomst meetinstrument: Lenntech

Model Product: PR-368R
Product omschrijving: Luchtreiniger met ionisator
Functies tijdens meting : Ionisator
Stand: High (hoog) stand 3
Meting: Donderdag 12 Mei
Temperatuur: 26°C / 28°C Graden
Meet afstand: 20 centimeter
Meet tijd: 14.15 tot 16.30



Meetafstand: 20 centimeter
Min gemeten: 0,000PPM
Max gemeten: 0,038PPM
Gemiddeld gemeten: 0,021PPM

Diagram gemeten ozon concentratie

