

OZON CONTROLE CERTIFICAAT

KLANT: Progenion B.V.

MODEL: Type PR-369R

OZONMEETINSTRUMENT: Aeroqual S-200

SENSOR TYPE: OZU 0-0.15 ppm

Hiermee bevestigen wij dat het instrument gecontroleerd hebben volgens onze standaard procedure.

De gemeten data worden bij ons met typenummer, klantnaam en datum opgeslagen.

Gemeten door: Mike Bouwman

Datum: 11-01-2022

Stand low, med en high op 3 cm in het midden van het lamellenfront

Stand	tijdsduur	Meetwaarde*
Low	15 minuten	0,009 ppm
Medium	15 minuten	0,019 ppm
High	15 minuten	0,029 ppm

*Metingen op vrije uitblaas en de waarde is gemiddelde van 3 metingen à 15 minuten.