

## OZON CONTROLE CERTIFICAAT

**KLANT:** Progenion B.V.

**MODEL:** Type PR-940-UV

**OZONMEETINSTRUMENT:** Aeroqual S-200

**SENSOR TYPE:** OZU 0-0.15 ppm

Hiermee bevestigen wij dat het instrument gecontroleerd hebben volgens onze standaard procedure.

De gemeten data worden bij ons met typenummer, klantnaam en datum opgeslagen.

**Gemeten door:** Mike Bouwman

**Datum:** 31-03-2022

**Ozonmeting bij diverse ventilatorstanden op 3 cm in het midden van het lamellenfront**

Stand	Meetwaarde met UV	Meetwaarde zonder UV
1	0,005 ppm	0,004 ppm
2	0,004 ppm	0,005 ppm
3	0,003 ppm	0,005 ppm
4	0,003 ppm	0,006 ppm
5	0,002 ppm	0,007 ppm