

OZON CONTROLE CERTIFICAAT

KLANT: Progenion

MODEL: Type PR-135-UV

SERIENUMMER: nvt

Hiermee bevestigen wij dat het instrument gecontroleerd hebben volgens onze standaard procedure.

De gemeten data worden bij ons met serienummer, klantnaam en datum opgeslagen.

Gemeten door: Mike Bouwman

Datum: 11-06-2020

Stand I, op 30 cm van de uitblaas ventilator

0.001 ppm -----5 min
0.001 ppm-----10 min
0.001 ppm -----15 min
0.002 ppm -----20 min
0.001 ppm -----25 min
0.001 ppm -----30 min

Stand II, op 30 cm van de uitblaas ventilator

0.004 ppm-----5 min
0.003 ppm-----10 min
0.004 ppm-----15 min
0.004 ppm-----20 min
0.004 ppm-----25min
0.004 ppm-----30min