

## OZON CONTROLE CERTIFICAAT

**KLANT:** Progenion B.V.

**MODEL:** Type PR-124

**OZONMEETINSTRUMENT:** Aeroqual S-200

**SENSOR TYPE:** OZU 0-0.15 ppm

Hiermee bevestigen wij dat het instrument gecontroleerd hebben volgens onze standaard procedure.

De gemeten data worden bij ons met typenummer, klantnaam en datum opgeslagen.

**Gemeten door:** Mike Bouwman

**Datum:** 31-03-2022

**Ozonmeting op tijdbasis op 3 cm in het midden van het lamellenfront**

Tijd	Meetwaarde in ppm
Na 2 minuten	0,001 ppm
Na 4 minuten	0,003 ppm
Na 6 minuten	0,006 ppm
Na 8 minuten	0,010 ppm
Na 10 minuten	0,007 ppm